



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ**

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991
Тел: (495) 236-03-00; факс: (495) 236-62-31;
E-mail: info@gost.ru
http://www.gost.ru

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

31.05.2010 № 120/25-3070

На № _____

Мировому судье
Судебного участка № 77
Приморского округа
г. Новороссийска
Княшко В.А.
Факс 88617-637309

Чухно В.С.
353900, Краснодарский край,
г. Новороссийск, с.Борисовка,
ул. Суворова, 41

Управление метрологии Ростехрегулирования рассмотрело Ваши обращения и сообщает, что счетчики газа СГМН-1, выпущенные заводом-изготовителем до 12.02.2002 г. имели межповерочный интервал (МПИ), равный 2 годам.

Начиная с 12.02.2002 г. (протокол НТК № 02 от 12.02.2002 г.) МПИ счетчиков газа СГМН-1 увеличен до 8 лет, это касается всех счетчиков этого типа, независимо от года их выпуска, т.к. на тот момент никаких изменений в конструкцию счетчиков внесено не было.

Далее, в конструкцию счетчиков были внесены изменения и сертификат об утверждении типа был продлен сроком на 5 лет, а МПИ остался прежним – 8 лет, в том числе и на новые модификации.

Приложение: выписки из протоколов НТК на трех листах.

Начальник Управления
Метрологии

В.М. Лахов

Л.А. Горелова
2366365